Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

NIP 855-10-33-152
tel.: +48 91 3212494

72-600 Świnoujście
ul. Dąbrowskiego 4
E-mail: psse.swinoujscie@pis.gov.pl

PPS-NS-HK/600/6/E.S./18

Świnoujście, dnia 1 marca 2018 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
WPŁYNĘŁO
2018 -03- 06
Nr EA/PP/0351/18 Podpis

Decyzja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu działając na podstawie:
-art. 8, art. 104 art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.);
- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.);
- art. 12 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20 17r., poz. 328 z późn. zm.);

zatwierdza
od dnia 1 marca 2018r. do dnia 4 stycznia 2019r.

system jakości badań wody do spożycia przez ludzi prowadzonych w Laboratorium Zakładowym należącym do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, w zakresie oznaczania następujących parametrów:

Lp.	Parametr	Identyfikacja metody badawczej
1.	Escherichia coli	PN ISO 9308-1:2014-06 Test Colilert-18
2.	Bakterie grupy coli	PN ISO 9308-1:2014-06 Test Colilert-18

Uzasadnienie

W dniu 26.02.2018r. została przeprowadzona kontrola laboratorium zakładowego należącego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu przez pracowników uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań jakości wody, powołanych Zarządzeniem Nr 110.1.2018 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018r., w zakresie oznaczania bakterii grupy coli oraz Escherichia coli za pomocą testu Colilert -18 wg normy PN-EN ISO 9308-2:2014-06.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedziba przy ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście do zatwierdzenia laboratorium zakładowego dołączył do wniosku następujące dokumenty: kartę walidacji, sprawdzenia metody Colilert-18, dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz zestawienie wyników i oceny badań biegłości.

Kontrola wykazała, że w laboratorium zatrudnione są 4 osoby, które posiadają uprawnienia do pobierania próbek wody. Infrastruktura pomieszczeń, ich wyposażenie oraz warunki środowiskowe umożliwiają wykonywanie badań i działań związanych z badaniami w sposób gwarantujący zapewnienie wymaganej jakości badań. Laboratorium zapewnia bezpieczeństwo i ochronę próbek do badań oraz poufność informacji i praw własności klientów. Wydzielone są pomieszczenia do wykonywania badań mikrobiologicznych, inkubacji próbek, mycia i przygotowywania szkła oraz pomieszczenie wagowe, które w dniu kontroli odpowiadają wymaganiom. Dostęp do laboratorium jest ograniczony i nadzorowany, wejście zabezpieczone. Wszystkie pomieszczenia są dobrze zagospodarowane i utrzymane w czystości. Środowisko wykonywania badań jest nadzorowane, ponieważ systematycznie przeprowadzane są badania czystości powietrza metodą sedymentacyjną w zakresie ogólnej liczby bakterii oraz drożdży i pleśni. Zanieczyszczenia powierzchni ocenia się stosując płytki kontaktowe. Otrzymane wyniki spełniały założone kryteria, a Laboratorium systematycznie monitoruje i ocenia wpływ środowiska przy realizacji badań.

Wyposażenie laboratorium jest kompletne, właściwe oraz nadzorowane przez upoważniony personel. Wyposażenie posiada wymaganą dokładność oraz spełnia specyfikację dotyczące badań. Jest ono również zewidencjonowane, oznakowane i monitorowane zgodnie z warunkami stosowania i dokładnością wymaganą dla otrzymanych wyników. Sprzęt jest regularnie sprawdzany i konserwowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Laboratorium posiada wykazy, harmonogramy dotyczące konserwacji, wzorcowania, sprawdzenia wyposażenia pomiarowego, pomocniczego, wzorców zgodnie z procedurą PO-12 „Nadzór nad wyposażeniem". Laboratorium planuje i realizuje przyjęty plan działań w zakresie nadzorowania wyposażenia, zapewnia jego bezpieczeństwo, pozostawianie pod stałym nadzorem oraz utrzymanie sprawności technicznej. Laboratorium dokonało sprawdzenia przedmiotowej metody badawczej, aby potwierdzić poprawność jej stosowania. Określono parametry charakteryzujące metodę PN-EN ISO 9308-2:2014. Laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyniki kontroli są analizowane oraz oceniane statystycznie. |Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości organizowanych przez firmę zewnętrzną. Sprawdzono wyniki badań biegłości, w których oceniano metodę badawczą zgodną z PN-EN ISO 9308-2:2014. Laboratorium w obu parametrach (liczba bakterii grupy coli i liczba Escherichia coli) otrzymało wyniki zadowalające. Zapisy z wykonywanych badań prowadzone są prawidłowo.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zakładowym Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu stwierdzono, że Laboratorium prowadzi udokumentowany, zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla zgłoszonych do zatwierdzenia parametrów i metod badawczych, przedstawionych w złożonym w dniu 05.02.2018r. wniosku.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu **zaopiniował pozytywnie** laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4 do wykonywania w ramach kontroli wewnętrznej badań mikrobiologicznych w zakresie: **Escherichia coli, bakterie grupy coli,** wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pomocą Testu Colilert-18 wg normy PN-EN ISO 9308-2:2014-06.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art.129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1257 z późn. zm.) przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWINOUJŚCIU

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świnoujściu
mgr Aneta Szymanowska

Otrzymują:
1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście
2) a/a.